



PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

„Dostawa sprzętu szkoleniowego”

Pytanie nr 1

Czy możemy złożyć ofertę tylko na część dotyczącą manekinów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. Złożona oferta musi obejmować wszystkie elementy wskazane w zapytaniu.

Pytanie nr 2

Czy defibrylator zamiast baterii R14 może posiadać akumulator wraz z ładowarką?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zasilania bateriami R14.

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Województwa Zachodniopomorskiego
KIEROWNIK BIURA

Liliana Pilat

601 100 100
numer ratunkowy nad wodą



plus
Uster technology LTE

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, tel./fax. 91 425 27 78, e-mail: biuro@wopr.szczecin.pl, www.wopr.szczecin.pl
Konto: Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin 65124018641111001017008856, KRS 0000168285, NIP 955-15-07-219, Regon 000824907